

質疑回答書

令和7年6月24日

入札者各位

(黒滝村入札・契約審査会事務局)
黒滝村 総務課長

工事（業務）番号	令和7年度第10号
工事（業務）名	黒滝村自動体外式除細動器（AED）賃貸借業務
工事（業務）場所	奈良県吉野郡黒滝村地内

No.	内 容
1 (質疑)	仕様書6 「リース」とありますが、弊社は、AEDを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リース会社を介さず直接お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか
(回答)	仕様書に記載のとおり、契約の方法はリース方式です。落札者とのみ契約を行います。
2 (質疑)	仕様書8② 「既存機器の撤去」とありますが、産廃法の下取り行為として産業廃棄物収集運搬業の許可なく引き取りが可能であると考えてよろしいでしょうか。 「産業廃棄物処理にかかるマニフェストE票の写しを提出すること」とありますが、弊社は産業廃棄物処理業者ではないため、産業廃棄物処理にかかるマニフェストE票の写しの提出はできませんがよろしいでしょうか。多くの事業者が産業廃棄物処理業者の登録は行っていないものと思われます。
(回答)	本仕様書では「産業廃棄物処理にかかるマニフェストE票の写しを提出すること」と指定していません。 産廃法の下取り行為については、法令に従って適切に取り扱いをお願いします。
3 (質疑)	仕様書8③ 「保守」とありますが、保守の内容は定期消耗品の期限前交換や、使用時の消耗品補充、万一の際の代替機準備、加えてお客様からのご相談やお問合せに対応できるコールセンター（24時間365日）があり、必要に応じて弊社担当者が対応すればよろしいでしょうか。
(回答)	仕様書11.保守管理等 の内容及び目的を満たしているのであれば問題ありません。

4 (質疑)	仕様書8③ 「修繕」とありますが、機器の異常が発生した場合は、お客様より弊社コールセンターに連絡いただくことで、状況を確認のうえ機器交換を行い原状復帰しますがよろしいでしょうか。修理ではなく交換で対応するため、医療機器修理業の許可は不要との認識でよろしいでしょうか。
(回答)	仕様書11.保守管理等 の内容及び目的を満たしているのであれば問題ありません。
5 (質疑)	仕様書9 AED3100とありますが、キャリングケースについて、AED本体、予備電極パッド、レスキューキットを収納する弊社製のキャリングケース（AE-D3204）でもよろしいでしょうか
(回答)	仕様書 10（3）のとおり、収納できれば問題ありません。
6 (質疑)	仕様書9 「操作方法及び心肺蘇生の手順を誘導」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、AEDからは電源ONから胸骨圧迫のリズム音が流れ、心肺蘇生を開始する時には「直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください」、30秒ごとに「胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください」、さらに、心肺蘇生を始めてから約2分間が経過し心肺蘇生を一時中断して心電図を解析する時には、「残り5回です。体から離れてください。」と音声ガイドが流れればよろしいでしょうか。
(回答)	JRC蘇生ガイドライン2020に沿った内容であれば問題ありません。
7 (質疑)	仕様書10(4) レスキューセットとありますが、ニトリルグローブ1双、カミソリ1本、ハサミ1本、ミニタオル1本、蘇生用マウスピース（RESACO-R）1個でもよろしいでしょうか。
(回答)	問題ありません。
8 (質疑)	仕様書10(4) 「スタンド型ボックス」とありますが、弊社製のAEDボックス（AE-B0090）でよろしいでしょうか。前記ボックスをご承認頂けない場合、弊社製のAEDボックス（AE-B0010）でよろしいでしょうか。

(回答)	仕様書10（6）のとおり、屋内用・屋外用の要件を満たすのであれば問題ありません。
9 (質疑)	仕様書11(2) 消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と新しい消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。AED使用時には、弊社コールセンターへご連絡頂き、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と補充消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。
(回答)	特に問題ありません。
10 (質疑)	仕様書11(3)① 「動産保険」とありますが、添付文書の内容で動産総合保険同等以上を保証しておりますので、加入は不要でよろしいでしょうか。
(回答)	仕様書11(3)②のとおり。
11 (質疑)	仕様書13 「機器操作説明」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明のYouTube動画を用意しています。また、弊社コールセンター（24時間対応）へ連絡いただければ、質問や不明点に詳しくお応えする体制もございます。そのため、現地対応は不要との認識でよろしいでしょうか。もし、現地対応が必要である場合には、弊社社員がAED本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的にAED使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。
(回答)	仕様書13（1）のとおり、現地での対応を必要とします。操作説明は、実機（テスト用可）を用いて、具体的な方法で説明してください。